

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Pečovatelská lůžka, matrace a stolky 2017

výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **03.10.2017**

spisová značka zadavatele: **CEPL0917**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

CEJIZA, s.r.o.

IČO: 28353242

se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 602 00

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s čl. 15 dokumentace výběrového řízení zadavatel vysvětluje dokumentaci výběrového řízení na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den,

jde veřejná zakázka rozdělit na matrace a lůžka, jako výrobci matrací by jsme rádi nabídli jen matrace.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Veřejná zakázka není rozdělena na části. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, tj. dodání např. pouze pečovatelských lůžek, nebo pouze matrací.

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den, chci se vás zeptat zda u položky matrace včetně potahu - typ II budete akceptovat i variantu velmi pevného šitého švu (místo svařovaných hran) za předpokladu, že tato varianta bude po užitné stránce plně srovnatelná jako VF svařování (ochrana proti zatečení nečistot)? Děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel stanovil požadavky na spoje potahu matrace - typ II na základě potřeb a požadavků jednotlivých zadavatelů.

Požadavky na spoje potahu matrace - typ II jsou v podmínkách výběrového řízení stanoveny zcela srozumitelně, jednoznačně a určitě a zadavatel na těchto požadavcích trvá. Zadavatel nepřipouští jiné spoje potahu matrace, než kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra.

V Brně dne 11.10.2017

CEJIZA, s.r.o.

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel