

Zadavatel:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Veřejná zakázka:

„Dodávky nemocničních a pečovatelských lůžek včetně pasivních antidekubitních matrací a patientských stolků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 2019“

podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ČÁST 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

dle ust. § 217 ZZVZ

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: CEJIZA, s.r.o.

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 28353242

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nemocničních a pečovatelských lůžek, pasivních antidekubitních matrací a patientských stolků. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky je dle ustanovení § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto:

- Část č. 1 – Nemocniční lůžka včetně pasivních antidekubitních matrací a nemocničních stolků
- Část č. 2 – Pečovatelská lůžka včetně pasivních antidekubitních matrací a pečovatelských stolků.

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

Zadávací řízení na část 2 veřejné zakázky bylo ukončeno před podpisem smlouvy.

4. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána v zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 ZZVZ.

5. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo	IČO
1.	L I N E T spol. s r.o.	Želečnice 5, 274 02 Slaný	00507814
2.	LB BOHEMIA, s.r.o.	Sovadinova 3431, Břeclav	26224461

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

L I N E T spol. s r.o.

Zadavatel vyloučil účastníka L I N E T spol. s r.o. z následujících důvodů:

Zadavatel v Příloze č. 11 Zadávací dokumentace - Technická specifikace – část 2. vymezil u Matrace typu I. v rámci položky č. 11 požadavek na šířku a délku matrace 85 cm x 200 cm. Účastník uvedl ve své nabídce rozměry Matrace typu I. 86 cm x 200 cm. V rámci objasnění nabídky ze dne 6. 8. 2019 účastník sdělil, že standardně vyrábí matrace v rozměru 86 x 200 cm, která se vejdu i do lůžka s ložnou plochou šíře 85 cm. Dále sdělil, že je schopen vyhovět požadavku na jiný rozměr a dodat tak matrace o rozměru 85 x 200 cm a na tento rozměr svou nabídku upravil. V této souvislosti je třeba uvést, že takovým postupem dochází ke změně nabídky v průběhu zadávacího řízení, což je nepřípustné. Je tedy zřejmé, že se ze strany účastníka nejednalo pouze o nejasnost nabídky.

Účastník tak neprokázal splnění požadavku na šířku a délku matrace 85 cm x 200 cm zakotvenou v rámci položky č. 11 u Matrace typu I. dle Přílohy č. 11 Zadávací dokumentace - Technická specifikace – část 2., když nabídl Matraci typu I. s rozměry 86 cm x 200 cm.

LB BOHEMIA, s.r.o.

Zadavatel v Příloze č. 11 Zadávací dokumentace - Technická specifikace – část 2. jako jednu z podmínek účasti v zadávacím řízení stanovil podmínku spočívající v nabídnutí jádra matrace typu I. z PUR pěny. Účastník předložil ve své nabídce typ matrace CLINIC, přičemž složení jádra je z HR (High resistance) pěny. V rámci svého objasnění nabídky ze dne 1. 8. 2019 účastník tvrdil, že HR pěna má být kvalitnější než požadovaná PUR pěna. Zadávací podmínka

na PUR pěnu však byla stanovena z důvodu vhodnosti pro pacienty s nižší váhou. S přihlédnutím k ust. § 91 odst. 2 ZZVZ je třeba konstatovat, že pokud by se případně mělo jednat o rovnocenné plnění (tedy takové, které je v souladu s normami nebo technickými dokumenty v ust. § 90 odst. 1 nebo 2 ZZVZ), pak by tuto skutečnost měl účastník ve své nabídce prokázat. Účastník žádné takové relevantní skutečnosti ve své nabídce a objasnění nabídky netvrdí (neproказuje), přičemž nabídl jiné než požadované složení jádra matrace.

Současně zadavatel v Příloze č. 11 Zadávací dokumentace - Technická specifikace – část 2. jako další z podmínek účasti v zadávacím řízení stanovil podmínku spočívající v nabídnutí stolku k lůžku v dekoru světlého dřeva. Účastník předložil v nabídce stůl k lůžku v dekoru „HPL šedé a v rámci svého objasnění nabídky ze dne 6. 8. 2019 uvedl, že nabídnutý dekor stolku „HPL šedé“ je dekor stříbrně matné barvy. Zároveň doplnil, že tento odstín se hodí k jakémukoliv dřevěnému odstínu lamin. V rámci zadávací dokumentace byl však jednoznačně stanoven požadavek na dekor ze světlého dřeva, přičemž nabízený dekor neodpovídá požadovanému dekoru dle zadávací dokumentace, což ostatně potvrzuje i samotné objasnění účastníka.

Účastník proto neproказal splnění požadavku na složení jádra z PUR pěny matrace typu I. v rámci položky č. 3 dle Přílohy č. 11 Zadávací dokumentace - Technická specifikace – část 2, když nabídl HR pěnu, která odporuje stanoveným zadávacím podmínkám.

Dále účastník neproказal splnění požadavku na dekor stolku ze světlého dřeva dle Přílohy č. 11 Zadávací dokumentace - Technická specifikace – část 2., když nabídl dekor stolku „HPL šedé“, který odporuje stanoveným zadávacím podmínkám.

7. Označení účastníka, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění výběru účastníka (v případě rozdělení veřejné zakázky na části uvedení části veřejné zakázky, na kterou byla smlouva uzavřena)

Zadávací řízení na část 2 veřejné zakázky bylo ukončeno před podpisem smlouvy.

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Dne 12. 8. 2019 zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka L I N E T spol. s r.o., Želečnice 5, 274 01 Slaný, IČO: 00507814, a účastníka LB BOHEMIA, s.r.o., Sovadinova 3431, Břeclav, IČO: 26224461, z účasti v zadávacím řízení na část 2 veřejné zakázky.

V zadávacím řízení na část 2 veřejné zakázky není po vyloučení výše uvedených účastníků žádný účastník zadávacího řízení. Zadavatel tak v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 ZZVZ rozhodl o zrušení této části veřejné zakázky.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podávání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhala elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://ezak.cejiza.cz/>).

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

Střet zájmů nebyl identifikován.

11. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle ust. § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu dodavatele.

V Brně dne 22. 10. 2019

CEJIZA, s.r.o.
právně zastoupena
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Kateřina Mikulajová
advokátka
(podepsáno elektronicky)