

Zadavatel:

**CEJIZA, s.r.o.**

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Veřejná zakázka:

**„DNS 01 – Pečovatelská lůžka matrace a stolky“**

realizována podle ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) v zavedeném dynamickém nákupním systému s názvem „**Dynamický nákupní systém na dodávku lůžek, matrací a stolků pro příspěvkové organizace zřízované Jihomoravským krajem**“.

### **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky „DNS 01 – Pečovatelská lůžka matrace a stolky“ obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 a č. 2 ze dne 2.1.2020:

#### **Dotaz č. 1**

#### **Pečovatelské lůžko typ IV.**

V základních parametrech požaduje zadavatel v ZD v listě s názvem „Pečovatelské lůžko typ IV“ rozměr ložné plochy lůžka 200 x 90 cm.

Jako uchazeč soutěže a zástupce jednoho z největších výrobců zdravotnické techniky upozorňuji, že nebyl dán zákonný prostor na běžnou rozměrovou toleranci vnitřního rozměru ložné plochy lůžka, například +/- 4 cm.

Při nutnosti dodržení maximálních vnějších rozměrů samotného lůžka, zejména šířky lůžka, tak aby se lůžko vešlo svými vnějšími rozměry například do již dnes standardního dveřního otvoru 110 cm, musí výrobce u některých modelových řad ve výrobě z důvodu bezpečnosti a velmi přísných světových norem, upravit vnitřní rozměry ložné plochy tak, aby byla zaručena perfektní funkčnost celého lůžka (používání postranic a celého pohybového ústrojí lůžka). V našem případě doloženo platným evropským certifikátem bezpečné zdravotnické techniky tj. ČSN 60601-2-52 + dodaným platným prohlášením zkušebny TÜV.

Zadavatel navrhuje k odsouhlasení i variantu standardně používaného rozměru ložné plochy 200 x 86 cm.

## **Dotaz č. 2**

Upozorňuji na tuto změnu v rozměru (200 x 86 cm) i v požadovaném dodání vzorku jako předmětu soutěže na posouzení (Pečovatelské lůžko typ IV) a k němu rozměrově odpovídající matrace.

### **Informace zadavatele ze dne 7.1.2020:**

#### **Ad) dotaz č. 1:**

Zadavatel upravil technickou specifikaci (příloha č. 3 výzvy k podání nabídek). Upravená technická specifikace je součástí tohoto vysvětlení. Účastníci jsou povinni při přípravě nabídky vycházet z takto upravené technické specifikace.

#### **Ad) dotaz č. 2:**

Zadavatel rovněž upravil podmínky pro testování vzorků (příloha č. 8 výzvy k podání nabídek), a to tak, aby tato příloha odpovídala změnám provedeným v technické specifikaci (příloha č. 3 výzvy k podání nabídek) v rámci předchozího dotazu. Upravená příloha je taktéž součástí tohoto vysvětlení.

**V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro veřejnou zakázku, a to následovně:**

*Lhůta pro podání nabídek:*

**Datum: 20.1.2020**

**Hodina: 10:00**

V Brně dne 7.1.2020

**CEJZA, s.r.o.**

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

Přílohy (upravené zadávací podmínky, které jsou pro dodavatele závazné při přípravě nabídky):

- Výzva k podání nabídek
- Technická specifikace předmětu plnění (příloha č. 3 výzvy k podání nabídek)
- Testování vzorků (příloha č. 8 výzvy k podání nabídek)