

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Uzavřené odběrové systémy“

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **401056**

spisová značka zadavatele: **CEOS1014**

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

(dále jen „**centrální zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,

se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 28360125

V souladu s § 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), pověřil centrální zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 49 zákona odpovídá centrální zadavatel na žádost o dodatečné informace vyžádané dodavatelem takto:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je poptáván na posledním řádku specifikace produkt označený jako – adaptér membránový/aplikační v počtu 30 tis ks. Podle našeho zjištění tento produkt slouží k aplikaci (vpravení) léčiva do krevního řečiště a jako takový není a nemůže z principu být součástí uzavřeného odběrového systému určeného k bezpečnému odběru krve a moči a zajišťujícího ochranu personálu i pacienta před kontaminací biologickým materiálem.

Vedle toho sdělujeme naše zjištění, že uvedený adapter membránový/aplikační bez ohledu na skutečnost, že není součástí odběrového systému, je schopen nabídnout jediný výrobce Sarstedt a je kompatibilní pouze s jedním odběrovým systémem stejného výrobce a odběrovými stříkačkami S-Monovette. Proto se domníváme, že uvedení tohoto adapteru diskriminuje ostatní uchazeč, kteří by mohli v rámci hospodářské soutěže nabídnout kvalitní plnění zakázky s ostatními odběrovými systémy.



S ohledem na výše uvedené skutečnosti a s ohledem na dodržení zásad uvedených v §6 zákona 137/2006 Sb v platném znění se domníváme, že adaptér membránový/aplikační má být ze soutěže vyřazen.

Odpověď na dotaz č. 1

Centrální zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

A) ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Přestože centrální zadavatel odmítá tvrzení, že výše uvedený adapter nemůže být součástí uzavřeného odběrového systému, protože slouží jak k odběru tak i aplikaci a současně je v různých podobách nabízen i jiným výrobcem, rozhodl centrální zadavatel z důvodu ještě většího rozšíření spektra uchazečů o úpravě původní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, jenž byl uveden v zadávacích podmínkách, a to v přílohách č. 2 a 3 zadávací dokumentace (v rámci přílohy č. 3 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy jde o přílohu č. 1 návrhu smlouvy).

Původní specifikace:

V přílohách č. 2 a 3 zadávací dokumentace (v rámci přílohy č. 3 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy jde o přílohu č. 1 návrhu smlouvy) bylo v rámci podrobné specifikace zdravotnických prostředků pro odběr krve požadováno mimo jiné *příslušenství* spočívající v *Adapteru pro odběr z centrální kanyly Luer a Adapteru membránovém / aplikačním*.

Nová specifikace:

Centrální zadavatel v přílohách č. 2 a 3 zadávací dokumentace (v rámci přílohy č. 3 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy jde o přílohu č. 1 návrhu smlouvy) upravuje podrobné specifikace zdravotnických prostředků pro odběr krve tak, že **nadále nepožaduje** *příslušenství* spočívající v *Adapteru pro odběr z centrální kanyly Luer a Adapteru membránovém / aplikačním*.

Centrální zadavatel proto odpovídajícím způsobem upravuje přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.

B) PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Centrální zadavatel zároveň z důvodu úpravy specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a rovněž z důvodu dle § 40 odst. 2 zákona prodloužil lhůtu pro podávání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje: do 19.03.2015, do 10:30 hodin.

C) ZMĚNA TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

V důsledku prodloužení lhůty pro podání nabídek centrální zadavatel uvádí, že **otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 19.03.2015 v 11:00 hod.** v sídle centrálního zadavatele.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci jsou poptávány různé zkumavky se specifikovaným plnicím objemem od-do. S ohledem na produktové řady výrobců u různých zkumavek vás žádáme o informaci, zda je možné nabídnout zkumavky s plnicím objemem dle poptávané specifikace s tolerencí +/- 0,5ml.

Odpověď na dotaz č. 2

Centrální zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Požadavky na objem odběrových nádobek byly v zadávací dokumentaci stanoveny zcela jednoznačně, přičemž centrální zadavatel co do objemu stanovil toleranci již v rámci zadávacích podmínek, když v příloze č. 2 zadávací dokumentace uvedl:

Objem krve v nádobkách uchazečem nabídnutého plnění musí splňovat požadované hodnoty v rozmezí uvedeném ve specifikaci jednotlivých zdravotnických prostředků pro odběr krve.

V Brně dne 29.01.2015

CEJIZA, s.r.o.

v.z. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jan Tejkal, advokát a jednatel