



Písemná zpráva zadavatele č. 2

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění účinném do 05.03.2015 (dále jen „**zákon**“)

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona

Název veřejné zakázky:

„Uzavřené odběrové systémy“

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **401056**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

Zadavatel:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

1. Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele: CEJIZA, s.r.o.
IČO: 28353242
DIČ: CZ28353242
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
Statutární orgán: MUDr. Bořek Semrád, jednatel

Adresa profilu zadavatele: <https://ezak.cejiza.cz/>

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků pro odběr krve vymezených v příloze č. 2 a 3 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních provozních potřebách jednotlivých zadavatelů, tj. na základě jejich jednotlivých požadavků. Dodávky zdravotnických prostředků pro odběr krve budou realizovány na základě objednávek jednotlivých zadavatelů, které se mohou od předpokládaného poptávaného množství zdravotnických prostředků pro odběr krve odchýlit.

Zdravotnické prostředky pro odběr krve musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí dodávek zdravotnických prostředků pro odběr krve je rovněž jejich doprava jednotlivým zadavatelům ve vhodném balení vzhledem k aktuálně dodávanému množství a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jejich použití.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Kód CPV: 33140000-3 Zdravotnický spotřební materiál
33141300-3 Venepunkční přístroje k odběrům krve
33192500-7 Zkumavky

3. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena ve smlouvě je sjednána jako jednotkové ceny za jednotlivé druhy zdravotnických prostředků, přičemž celková cena za poskytnuté plnění bude vyčíslena na základě skutečně dodaného množství zdravotnických prostředků jednotlivým pověřujícím zadavatelům v průběhu plnění veřejné zakázky. Jednotkové ceny za jednotlivé druhy zdravotnických prostředků dle nabídky uchazeče jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Písemné zprávy zadavatele.

Nabídková cena vybraného uchazeče za předpokládanou spotřebu všech zdravotnických prostředků činí 8.754.603,- Kč bez DPH.

Ke dni 31.10.2015 byla uzavřena smlouva mezi vybraným uchazečem a šesti (6) z osmi (8) pověřujících zadavatelů.

4. Zvolený druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 27 zákona formou centralizovaného zadávání dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

5. Identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky

Uchazeč č. 1

Uchazeč: **SARSTEDT spol. s r.o.**
Sídlo: Pod pekárny 338/12, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 43000916
Nabídková cena: 10.194.850,50 Kč bez DPH

Uchazeč č. 2

Uchazeč: **Ars Audio spol. s r.o.**
Sídlo: Praha 10, Třebohostická 2283
IČO: 25100971
Nabídková cena: 5.965.036,09 Kč bez DPH

Uchazeč č. 3

Uchazeč: **PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.**
Sídlo: Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 25099019
Nabídková cena: 8.754.603,- Kč bez DPH

6. Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, odůvodnění vyloučení

Uchazeč č. 2

Uchazeč: **Ars Audio spol. s r.o.**
Sídlo: Praha 10, Třebohostická 2283
IČO: 25100971

Odůvodnění vyloučení:

Dne 11.05.2014 a dne 22.05.2014 se v sídle zadavatele na adrese Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 602 00, v zasedací místnosti č. 331 uskutečnila jednání hodnotící komise (dále jen „komise“), na nichž komise provedla posouzení a hodnocení nabídek uchazečů podaných do veřejné zakázky.

Komise v souladu s § 59 odst. 3 zákona, posoudila prokázání splnění kvalifikace uchazečů (dále jen „posouzení kvalifikace“).

Po provedeném posouzení kvalifikace komise vyřadila nabídku uchazeče č. 2 **Ars Audio spol. s r.o.**, IČO: 25100971, se sídlem Praha 10, Třebohostická 2283, PSČ 100 00, neboť uchazeč č. 2 neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu.

V odst. 5.5 zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona: vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání.

Tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží listiny (zejm. technické listy, produktové listy, návody k použití, obrazovou dokumentaci apod.) obsahující popis a technickou specifikaci zdravotnických prostředků pro odběr krve nabízených dodavatelem ke splnění veřejné zakázky. Z předložených listin musí vyplývat zejména obchodní název, typ (druh) nabízených zdravotnických prostředků pro odběr krve a skutečnost, že dodavatelem nabízené zdravotnické prostředky pro odběr krve splňují požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci.

dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona: doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem.

Tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který ve vztahu ke všem zdravotnickým prostředkům pro odběr krve nabízeným ke splnění veřejné zakázky předloží písemné prohlášení o shodě vydané výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem, jež bude prokazovat posouzení shody s vlastnostmi a požadavky, které musí zdravotnické prostředky pro odběr krve splňovat, aby mohly být uvedeny na trh.

Dle odst. 6.3 zadávací dokumentace a § 51 odst. 7 zákona prokazuje-li uchazeč splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce, předloží tyto doklady v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka.

Uchazeč byl hodnotící komisí vyzván k doplnění kvalifikace, neboť neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 1 písm. e) a f) zákona, když:

A) prohlášení o shodě k výrobku s obchodním názvem „Zkumavka VACUTEST bez aditiva 3 ml bílá“, objednáč číslo 149410, uchazeč Ars Audio vůbec nepředložil.

B) prohlášení o shodě k výrobkům zahrnutým do kategorie „Odběrové jehly“ v tabulce „Specifikace zdravotnických prostředků pro odběr krve, tabulka pro zpracování ceny plnění“ uchazeč Ars Audio vůbec nepředložil.

C) výrobek „Zkumavka VACUTEST IN NaCit 3,8% 2 ml 75x13 světle modrá“ a výrobek „Zkumavka VACUTEST IN NaCit 3,8% 2,5 ml 75x13 světle modrá“ dle tabulky „Specifikace zdravotnických prostředků pro odběr krve, tabulka pro zpracování ceny plnění“ a technických listů obsažených v nabídce neodpovídá názvům výrobků, pro které bylo předloženo prohlášení o shodě. Uchazeč Ars Audio předložil prohlášení o shodě pro výrobky s názvem „Zkumavka VACUTEST NaCit 3,8% 2ml 75x13 modrá“ a „Zkumavka VACUTEST NaCit 3,8%, 2.5 ml 75x13 modrá“.

Z předložených dokumentů proto nevyplývá, že dodavatelem nabízené zdravotnické prostředky pro odběr krve splňují požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, neboť nelze přiřadit jednotlivé dokumenty k jednotlivým výrobkům nabízeným uchazečem Ars Audio.

Uchazeč včas doložil další dokumenty k prokázání kvalifikace, nicméně prohlášení o shodě k výrobku s obchodním názvem „Zkumavka VACUTEST bez aditiva 3 ml bílá“ nebylo předloženo s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Dále výrobek „Zkumavka VACUTEST IN NaCit 3,8% 2 ml 75x13 světle modrá“ a výrobek „Zkumavka VACUTEST IN NaCit 3,8% 2,5 ml 75x13 světle modrá“ dle tabulky „Specifikace zdravotnických prostředků pro odběr krve, tabulka pro zpracování ceny plnění“ a technických listů obsažených v nabídce ani po doplnění dokladů k prokázání kvalifikace neodpovídá názvům výrobků, pro které bylo předloženo prohlášení o shodě. Uchazeč Ars Audio předložil prohlášení o shodě pro výrobky s názvem

„Zkumavka VACUTEST NaCit 3,8% 2ml 75x13 modrá“ a „Zkumavka VACUTEST NaCit 3,8%, 2.5 ml 75x13 modrá“.

Přestože uchazeč nedoplnil všechny doklady potřebné k prokázání splnění kvalifikace v plném rozsahu, hodnotící komise, nad rámec svých zákonných povinností, přistoupila k posouzení nabídky uchazeče a konstatovala následující pochybení:

Uchazeč ve své nabídce nesplnil požadavky centrálního zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách tím, že nedovoleně upravil „Závazný návrh smlouvy na dodávky zdravotnických prostředků pro odběr krve“. Porušení zadávacích podmínek hodnotící komise spatřuje ve včlenění odstavce č. 35, který obsahoval měnovou doložku.

Uchazeč dále nesplnil požadavky centrálního zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách tím, že k plnění veřejné zakázky nabízel výrobky, jež neodpovídaly objemovým požadavkům stanoveným centrálním zadavatelem. V předložené nabídce uchazeč hned v pěti případech nabídl k plnění veřejné zakázky výrobky s objemem, který vybočoval z rozmezí stanoveného centrálním zadavatelem.

Na základě shora uvedeného je zřejmé, že i kdyby uchazeč prokázal kvalifikaci v plném rozsahu, jeho nabídka by musela být vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Na základě výše uvedených skutečností (nesplnění kvalifikace) zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

7. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, plnění prostřednictvím subdodavatele

Vybraný uchazeč:

Uchazeč	č. 3
Uchazeč:	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Sídlo:	Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO:	25099019

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnížší nabídkovou cenu. Nejnížší nabídkovou cenou se pro účely hodnocení rozumí nejnížší celková cena za předpokládanou spotřebu všech zdravotnických prostředků pro odběr krve v Kč bez DPH.

Bližší podrobnosti ke způsobu hodnocení jsou uvedeny v čl. 9 zadávací dokumentace.

Výsledek hodnocení nabídek:

Komise vyhodnotila v souladu s čl. 9 zadávací dokumentace nabídku uchazeče **PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.**, IČO: 25099019, se sídlem Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, jako nabídku s nejnížší nabídkovou cenou.

Pořadí nabídek:

Pořadí	Uchazeč	Nabídková cena bez DPH
1.	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.	8.754.603,- Kč
2.	SARSTEDT spol. s r.o.	10.194.850,50 Kč


Části předmětu veřejné zakázky, jež mají být plněny prostřednictvím subdodavatele:

Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Jednotkové ceny za jednotlivé druhy zdravotnických prostředků sjednané ve smlouvě

V Brně dne 12 -11- 2015



CEJIZA, s.r.o.
MUDr. Bořek Semrád, jednatel

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Specifikace zdravotnických prostředků pro odběr krve, tabulka pro zpracování ceny plnění

Specifikace jednotlivých zdravotnických prostředků pro odběr krve	Předpokládaná spotřeba v ks (1)	Obchodní název	Objednací číslo	Výrobce	Objem krve v ml (2)	Počet ks v balení	Cena za 1 kus v Kč bez DPH	Cena za 1 kus v Kč s DPH	Cena za předpokládanou spotřebu v Kč bez DPH (3)	Cena za předpokládanou spotřebu v Kč s DPH (3)
Odběrové nádoby, rozmezí objemu krve										
Sérum, akcelerator srážení, objem 1 - 1,5 ml	5 400	VACUETTE® 1 ml sérum	454098	Greiner Bio-One	1	100	2,08	2,52	11 232,00	13 608,00
Sérum, akcelerator srážení, objem 2 - 3 ml	11 550	VACUETTE® 2 ml sérum	454096	Greiner Bio-One	2	100	1,99	2,41	22 984,50	27 835,50
Sérum, akcelerator srážení, objem 4 - 6 ml	727 350	VACUETTE® 4 ml sérum	454092	Greiner Bio-One	4	100	1,99	2,41	1 447 426,50	1 752 913,50
Sérum, akcelerator srážení, objem 7 - 10 ml	85 350	VACUETTE® 8 ml sérum	455092	Greiner Bio-One	8	100	1,99	2,41	169 846,50	205 693,50
Sérum, akcelerator srážení a gel, objem 2 - 3 ml	98 550	VACUETTE® 2,5 ml sérum/gel	454028	Greiner Bio-One	2,5	100	2,99	3,62	294 664,50	356 751,00
Sérum, akcelerator srážení a gel, objem 4 - 6 ml	130 050	VACUETTE® 4 ml sérum/gel	454071	Greiner Bio-One	4	100	2,99	3,62	388 849,50	470 781,00
Sérum, bez akceleratoru srážení, objem 2,5 - 3,5 ml	6 000	VACUETTE® 3 ml, sérum bez přísad	454229	Greiner Bio-One	3	100	1,99	2,41	11 940,00	14 460,00
Plazma, Li heparin, objem 1 - 1,5 ml	900	VACUETTE® plazma 1 ml Li Heparin	454091	Greiner Bio-One	1	100	2,39	2,89	2 151,00	2 601,00
Plazma, Li heparin, objem 4 - 6 ml	124 500	VACUETTE® plazma 4 ml Li Heparin	454084	Greiner Bio-One	4	100	1,99	2,41	247 755,00	300 045,00
Glykémie, NaF a EDTA, objem 1 - 3 ml	172 050	VACUETTE® 2 ml glykémie FE	454085	Greiner Bio-One	2	100	2,08	2,52	357 864,00	433 566,00
Krevní obraz, EDTA, objem 1 - 1,5 ml	8 250	VACUETTE® 1 ml K3 EDTA	454034	Greiner Bio-One	1	100	2,39	2,89	19 717,50	23 842,50
Krevní obraz, EDTA, objem 2 - 3 ml	824 700	VACUETTE® 2 ml K3 EDTA	454087	Greiner Bio-One	2	100	1,99	2,41	1 641 153,00	1 987 527,00
Krevní obraz, EDTA, objem 4,5 - 6 ml	33 750	VACUETTE® 6 ml K3 EDTA	456036	Greiner Bio-One	6	100	1,99	2,41	67 162,50	81 337,50

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
 Jirázkova 17, 100 00 Praha 6
 DIČ: CZ00000019
 Zapsaná v obchodním rejstříku v Praze
 soudní oddělení, oddělení 4492

00003

Koagulační, Na citrát, objem 1 - 1,5 ml	37 200	VACUETTE® 1 ml koagulační	454320	Greiner Bio-One	1	100	2,39	2,89	88 908,00	107 503,00
Koagulační, Na citrát, objem 2,5 - 3 ml	283 050	VACUETTE® 3 ml koagulační	454325	Greiner Bio-One	3	100	2,08	2,52	583 744,00	713 286,00
Koagulační, Na citrát, objem 4,5 - 5,5 ml	112 500	VACUETTE® 5 ml koagulační	454330	Greiner Bio-One	5	100	2,08	2,52	234 000,00	283 500,00
Sedimentace uzavřená, Na citrát, objem 2,5 - 4 ml	189 600	VACUETTE® 2,75 ml uzavřená sedimentace	729070	Greiner Bio-One	2,75	100	3,41	4,13	646 536,00	783 048,00
Odběrové jehly										
Jehla odběrová 22G/0,7x25 mm, černá	28 800	VACUETTE® jehla černá 25 mm	450071	Greiner Bio-One		100	1,99	2,41	57 312,00	69 408,00
Jehla odběrová 21G/0,8x25 mm, zelená	233 700	VACUETTE® jehla zelená 25 mm	450072	Greiner Bio-One		100	1,99	2,41	465 063,00	563 217,00
Jehla odběrová 20G/0,9x25 mm, žlutá	6 300	VACUETTE® jehla žlutá 25 mm	450073	Greiner Bio-One		100	1,99	2,41	12 537,00	15 183,00
Jehla odběrová 22G/0,7x38 mm, černá	102 000	VACUETTE® jehla černá 38 mm	454075	Greiner Bio-One		100	1,99	2,41	202 980,00	245 820,00
Jehla odběrová 21G/0,8x38 mm, zelená	745 650	VACUETTE® jehla zelená 38 mm	454076	Greiner Bio-One		100	1,99	2,41	1 483 843,50	1 797 016,50
Jehla odběrová 20G/0,9x38 mm, žlutá	146 700	VACUETTE® jehla žlutá 38 mm	454077	Greiner Bio-One		100	1,99	2,41	291 933,00	353 547,00
Celková cena za předpokládanou spotřebu všech zdravotnických prostředků pro odběr krve bez DPH - nabídková cena (4)									8 754 603,00	
Celková cena za předpokládanou spotřebu všech zdravotnických prostředků pro odběr krve s DPH (4)										10 602 495,00

ROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
 Jiráskova 1690 - Praha 6
 DIK 143/199019
 Zapsána u Městského soudu v Praze
 oddíl B, vložka 4492

00004

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **79193213-115126-151113151949**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **8** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **MICHAL GABRIEL**

Vystavil: **Mgr. Michal Gabriel, advokát**

Pracoviště: **Mgr. Michal Gabriel, advokát**

v Brně dne 13.11.2015



79193213-115126-151113151949