

Příloha č. 1
kupní smlouvy na dodávku
pečovatelských lůžek, matrací, nočních stolků a jídelních stolků

Specifikace Předmětu koupě, tj. pečovatelských lůžek, matrací, nočních stolků a jídelních stolků

Technická specifikace:	Požadovaný parametr:	Údaj o uchazečem nabízeném plnění:
Pečovatelské lůžko typ I		Lůžko Movita
Ložná plocha		
Počet dílů	4 dílná ložná plocha	ANO
Rám	lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje	ANO
Vnitřní rozměry	min. 195 x 85 cm, max. 200 x 90 cm	200 x 90 cm
Zádový a stehenní díl	elektricky polohovatelný (samostatně i současně)	ANO
Lýtkový díl	mechanicky polohovatelný	ANO
Pánevní díl	nepolohovatelný	ANO
Podstupování zádového dílu od pánevního dílu	min. o 10 cm	11 cm
Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu	min. o 5 cm	6 cm
Díly roštu	volně vyjímatelné bez použití nástroje	ANO
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy		
Dolní úvrať (el. nastav.)	max. 42 cm	42 cm
Horní úvrať (el. nastav.)	min. 80 cm	80 cm
Postranice		
Typ	průběžné, s možností šikmého zvednutí pouze na jedné straně čela	ANO
Možnost spuštění	spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění	ANO
Výška	výškově nastavitelné postranice	ANO
Nejvyšší výšková pozice	výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 38 cm	38 cm
Čela lůžka		
Vlastnosti	pevná	ANO
Dekor	přírodní světlé dřevo	ANO
Podvozek		
Počet koleček	4 pojezdová kolečka	ANO
Průměr koleček	min. 100 mm	100 mm

Ovládání koleček	centrální ovládání	ANO
Brzda	centrální brzda	ANO
Umístění koleček	pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici	ANO
Hrazda		
Povrch	lakovaná	ANO
Nosnost	min. 75 kg	75 kg
Rukojeť	plastová s výškově nastavitelným řemenem	ANO
Držáky na hrazdu	min. 2 držáky	2 držáky
Ovladač lůžka		
Ochrana	opatřený ochranou proti nechtěnému polohování	ANO
Zámek	opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí	ANO
Zdvih ložné plochy	umožňující zdvih ložné plochy	ANO
Polohování zádového a stehenního dílu	umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně)	ANO
Pracovní zátěž		
Nosnost	min. 180 kg	190 kg
Mechanické odblokování		
Nouzové mechanické odblokování	nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu	ANO
Pečovatelské lůžko typ II		Lůžko Sentida 01
Ložná plocha		
Počet dílů	4 dílná ložná plocha	ANO
Rám	lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje	ANO
Vnitřní rozměry	min. 200 x 85 cm	200 x 90 cm
Zádový a stehenní díl	elektricky polohovatelný (samostatně i současně)	ANO
Lýtkový díl	mechanicky polohovatelný	ANO
Pánevní díl	nepolohovatelný	ANO
Podstupování zádového dílu od pánevního dílu	min. o 10 cm	11 cm
Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu	min. o 5 cm	6 cm
Možnost prodloužení lůžka bez nástroje	min. o 15 cm	20 cm

Díly roštu	volně vyjímatelné bez použití nástroje	ANO
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy		
Dolní úvrať (el. nastav.)	max. 30 cm	25 cm
Horní úvrať (el. nastav.)	min. 70 cm	80 cm
Postranice		
Typ	v polovině dělené, bez prostředního sloupku	ANO
Možnost spuštění	spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění	ANO
Výškové pozice	min. 3	3
Nejvyšší výšková pozice	výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 38 cm	38 cm
Čela lůžka		
Vlastnosti	pevná	ANO
Dekor	přírodní světlé dřevo	ANO
Materiál	panely z melaminu	ANO
Podvozek		
Počet koleček	4 pojezdová kolečka	ANO
Průměr koleček	min. 75 mm	100 mm
Zámek koleček	centrální zámek	ANO
Umístění koleček	pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici	ANO
Hrazda		
Povrch	lakovaná	ANO
Nosnost	min. 75 kg	75 kg
Rukojeť	plastová s výškově nastavitelným řemenem	ANO
Ovladač lůžka		
Ochrana	opatřený ochranou proti nechtěnému polohování	ANO
Zámek	opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí	ANO
Zdvih ložné plochy	umožňující zdvih ložné plochy	ANO
Polohování zádového a stehenního dílu	umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně)	ANO
Pracovní zátěž		
Nosnost	min. 200 kg	210 kg

Mechanické odblokování		
Nouzové mechanické odblokování	nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu	ANO
Matrace typ I		Matrace Efekta
Typ		
Typ	pasivní jednostranná antidekubitní matrace pro nízké riziko vzniku dekubitů	ANO
Jádro		
Složení	studená PUR pěna s hustotou min. 40 kg/m ³	Studená PUR pěna s hustotou 40 kg/m ³
Průřez	jednostranně prořezané po celé ploše	ANO
Potah		
Voděodolnost	min. 2000 mm vodního sloupce	2000 mm vodního sloupce
Pružnost	pružný minimálně ve dvou směrech	ANO
Zip	min. na třech stranách, překrytý okapničkou	ANO
Rozměr		
Šířka a délka matrace	musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek	200 x 86 cm
Výška matrace	min. 14 cm	14 cm
Matrace typ II		Matrace Clinicare
Typ		
Typ	pasivní antidekubitní matrace pro střední riziko vzniku dekubitů	ANO
Jádro		
Složení	studená PUR pěna s hustotou min. 43 kg/m ³	Studená PUR pěna s hustotou 43 kg/m ³
Průřez	oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty	ANO
Okraje	zpevněné tužší pěnou	ANO
Povrch jádra	po celém povrchu jádra min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50 kg/m ³	ANO
Potah		
Voděodolnost	min. 2000 mm vodního sloupce	2000 mm vodního sloupce
Paropropustnost	paropropustný	ANO
Spodní strana matrace	z protiskluzného materiálu	ANO
Snímatelnost	snadno snímatelný	ANO

Pružnost	pružný minimálně ve dvou směrech	ANO
Zip	po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění	ANO
Spoje	kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra	ANO
Materiál potahu	antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky	ANO
Rozměr		
Šířka a délka matrace	musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek	200 x 86 cm
Výška matrace	min. 14 cm	14 cm
Noční stolky		Stolek dřevěný
Pojízdnost	pojízdný noční stolek s kolečky, s brzdami	ANO
Jídelní deska	Umělohmotná, oboustranná, pomocí plynopružiny výškově nastavitelná, výklopná	ANO
Rozměry	90 x 50 x 45 cm (v x š x h) – tolerance +/- 5 cm	89 x 51 x 48 cm
Korpus		
Dekor	přírodní světlé dřevo	ANO
Materiál	korpus z melaminových desek	ANO
Hrany	hrany ABS	ANO
Integrace jídelní desky	jídelní deska integrovaná do korpusu	ANO
Podvozek		
Počet koleček	4 kolečka	ANO
Průměr koleček	min. 75 mm	75 mm
Brzda	2 diagonálně brzditelná kolečka	ANO
Jídelní stolky		Server Solido
Typ	jídelní stolek k pečovatelskému lůžku	ANO
Konstrukce	stabilní kovová konstrukce	ANO
Design	odpovídající pečovatelskému lůžku	ANO
Jídelní deska		
Výška	výškově nastavitelná	ANO
Ovladatelnost	jednoduše ovladatelná	ANO
Pružiny	s posilováním pružinami	ANO
Odolnost	odolná	ANO
Výškové nastavení	min. 70 až 105 cm (tolerance +/- 5 cm)	70 – 103 cm

Rozměry	min. 85 x 40 cm (tolerance +/- 5 cm)	87 x 43cm
Ochranné lišty	po stranách jídelní desky	ANO
Naklápění	možnost naklápění jídelní desky a její aretace	ANO
Dekor	přírodní	ANO
Podvozek		
Průměr koleček	min. 50 mm	50 mm
Brzda	min. dvě kolečka brzditelná	dvě brzditelná kolečka

Příloha č. 2
kupní smlouvy na dodávku
pečovatelských lůžek, matrací, nočních stolků a jídelních stolků

Vymezení počtu a typů pečovatelských lůžek a matrací a počtu nočních stolků a jídelních stolků

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu počet pečovatelských lůžek a matrací (dle jednotlivých typů) a počet nočních stolků a jídelních stolků uvedený u příslušného Kupujícího:

Poř. č.	Identifikace Kupujícího	Počet lůžek typ I	Počet lůžek typ II	Počet matrací typ I	Počet matrací typ II	Počet nočních stolků	Počet jídelních stolků
1.	Habrovanský zámek, p.o. , IČO: 70921245, se sídlem Rousínov, Habrovany 1, okres Vyškov, PSČ 683 01	-	32	-	32	32	-
2.	Domov pro seniory Černá Hora, p.o. , IČO: 00380458, se sídlem Černá Hora, Zámecká 1, PSČ 679 21	10	-	-	10	-	10
3.	Domov pro seniory Sokolnice, p.o. , IČO: 00209392, se sídlem Sokolnice, Zámecká 57, PSČ 664 52	7	-	-	12	-	1
4.	Domov pro seniory Jevišovice, p.o. , IČO: 45671711, se sídlem Jevišovice 104, PSČ 671 53	-	2	-	20	-	-
5.	S - centrum Hodonín, p.o. , IČO: 46937102, se sídlem Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01	-	5	-	5	-	-
6.	Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. , IČO: 46937099, se sídlem Kyjov, Strážovská 1095, PSČ 697 01	-	3	-	3	3	-
7.	Domov pro seniory Strážnice, p.o. , IČO: 47375604, se sídlem Strážnice, Preláta Horného 515, PSČ 696 62	16	8	-	8	-	-
8.	Domov pro seniory Bažantnice, p.o. , IČO: 46937081, se sídlem Hodonín, tř. Bří Čapků 1, PSČ 69501	20	-	20	-	20	-
9.	SENIOR centrum Blansko, p.o. , IČO: 70997241, se sídlem Blansko, Pod Sanatorkou 3, PSČ 678 01	4	-	-	-	-	-
10.	Paprsek, p.o. , IČO: 00838420, se sídlem Velké Opatovice, K Čihadlu 679, PSČ 679 63	-	-	-	25	-	-
11.	Sociální služby Vyškov, p.o. , IČO: 00226556, se sídlem Vyškov, Polní 1-3, PSČ 682 01	-	10	-	20	-	-
12.	Zámek Břežany, p.o. , IČO: 45671788, se sídlem Břežany 1, PSČ 671 65	1	-	1	-	-	-
13.	Emin zámek, p.o. , IČO: 45671826, se sídlem Šanov 275, PSČ 671 67	-	6	-	6	-	-
	CELKEM	58	66	21	141	55	11