

Dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení veřejné zakázky

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dodávka myček podložních mís pro zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje“

spisová značka zadavatele: **CEMPM0615**

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 28353242

(dále jen „*centrální zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,

se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 28360125

Centrální zadavatel pověřil výkonem zadavatelských činností v rámci výběrového řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

Centrální zadavatel odpovídá na žádost o dodatečné informace vyžádané dodavatelem takto:

Dotaz č. 1:

Může dodavatel nabídnout výrobek s plastovou komorou při zachování garance životnosti i všech užitných vlastností výrobku? Dodavatel má s tímto řešením, které je ve světě běžné, dlouhodobé zkušenosti a doloží reference. Toto provedení dodavatel nabízí úspěšně již 12 let. Plastová komora nemá vliv na užité parametry myčky, nemá nižší životnost než nerezová, v případě souhlasu dodavatel nabízí 10letou záruku na plastovou komoru u nabídnutých myček.

Odpověď na dotaz č. 1

Centrální zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Centrální zadavatel stanovil požadavky na základě potřeb a požadavků jednotlivých pověřujících zadavatelů, které jsou dány způsobem poskytování péče těmito jednotlivými pověřujícími zadavateli.

Požadavek na nerezovou komoru byl v podmínkách výběrového řízení stanoven zcela jednoznačně a centrální zadavatel na tomto požadavku trvá.

V Brně dne 12.08.2015

CEJIZA, s.r.o.

v.z. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jan Tejkal, advokát a jednatel