

Dodatečné informace č. 2 k podmínkám výběrového řízení veřejné zakázky

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dodávka myček podložních mís pro zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje“

spisová značka zadavatele: **CEMPM0615**

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 28353242

(dále jen „*centrální zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,

se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 28360125

Centrální zadavatel pověřil výkonem zadavatelských činností v rámci výběrového řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

Centrální zadavatel odpovídá na žádost o dodatečné informace vyžádané dodavatelem takto:

Dotaz č. 1:

Žádáme o upřesnění zadávací dokumentace, přílohy 3 – technická specifikace. Ze zadávací dokumentace není zřejmý účel použití, resp. na jakých odděleních a s jakou intenzitou bude přístroj používán. Předpokládáme, že jako zařízení, která se řadí mezi špičková pracoviště v České republice, řešíte také problematiku možných nozokomiálních nákaz. A právě z důvodů prevence nozokomiálních nákaz předpokládáme, že považujete u těchto přístrojů za standardní vybavení nerezovou bezešvou komoru. Tento základní technický parametr splňuje veškeré požadavky na bezpečné užívání a zároveň prodlužuje životnost přístroje.

Je předpoklad uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 1

Centrální zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Uchazečem zasláná žádost nesměřuje k upřesnění či vyjasnění požadavků stanovených centrálním zadavatelem v dokumentaci výběrového řízení. Informace o účelu použití předmětu plnění veřejné zakázky není v tomto smyslu pro zpracování nabídky nezbytná.

Centrální zadavatel přes shora uvedené uvádí, že stanovil požadavky na předmět plnění veřejné zakázky na základě potřeb a požadavků jednotlivých pověřujících zadavatelů, které jsou dány způsobem poskytování péče těmito jednotlivými pověřujícími zadavateli jakožto zařízeními, která poskytují sociální služby.

Požadavek na nerezovou komoru je přitom v podmínkách výběrového řízení stanoven zcela jednoznačně a centrální zadavatel na tomto požadavku trvá.

V Brně dne 12.08.2015

CEJIZA, s.r.o.

v.z. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jan Tejkal, advokát a jednatel