

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce:**

**„Pečovatelská lůžka a matrace 2013“**  
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **488530**

**ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

**CEJIZA, s.r.o.**

Sídlo: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 602 00

IČO: 28353242

(dále jen „*centrální zadavatel*“)

**ZÁSTUPCE ZADAVATELE:**

**Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,**

se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 28360125

V souladu s ustanovením § 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), pověřil centrální zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

---

**V souladu s ustanovením § 49 zákona odpovídá centrální zadavatel na žádost o dodatečné informace, vyžádané uchazeči takto:**

**Dotaz č. 1:**

Centrální zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Plnění celkem 118 ks lůžek, 122 ks matrací, 22 ks nočních stolků a 10 ks jídelních stolků. Doba plnění takového množství výrobků dle konkrétní specifikace je požadována zcela nestandardní a jednoznačně zvýhodňující uchazeče disponující požadovanými výrobky ve formě skladových zásob. Není reálné vyrobit a dodat v takto krátké době takovýto objem výrobků, kdy standardní termíny výrobců a dodavatelů těchto výrobků jsou zpravidla na takovýto objem v rozmezí 6 – 8 týdnů.*

*Vyzíváme tímto zadavatele k přehodnocení požadavku a změnu parametru Kupní smlouvy na reálný dodací termín pro většinu možných uchazečů, tedy např. na dodání 6 – 8 týdnů od podpisu této smlouvy.*

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Centrální zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Centrální zadavatel stanovil požadavek na dobu odevzdání předmětu plnění veřejné zakázky na základě potřeb a požadavků jednotlivých pověřujících zadavatelů.

Požadavek na dobu odevzdání předmětu plnění veřejné zakázky byl v zadávacích podmínkách stanoven zcela jednoznačně a centrální zadavatel neumožňuje její prodloužení.

Centrální zadavatel pro úplnost dodává, že termín odevzdání předmětu plnění veřejné zakázky a množství dodávaných pečovatelských lůžek, matrací, nočních stolků a jídelních stolků je vždy nutné vztahovat ke každému jednotlivému pověřujícímu zadavateli, se kterým bude uzavřena smlouva, zvláště.

### **Dotaz č. 2:**

Centrální zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci v čl. 5, jako součást technických předpokladů předložení vzorků. Zadavatel uvádí, že bude dodavatel vyzván neméně 5 pracovních dnů před požadovaným termínem předložení vzorků. Takto krátký termín na dodání vzorků opět zvýhodňuje uchazeče disponující požadovanými výrobky ve formě skladových zásob. Termín pro výrobu vzorků odpovídajících plně specifikaci dle požadavku zadavatele není možné v tomto termínu splnit.*

*Vyzíváme tímto zadavatele k přehodnocení požadavku a změnu termínu pro dodání vzorků umožňující jejich výrobu, případně kompletaci odpovídající požadavkům zadavatele, tedy např. na 3 – 4 týdny od vyzvání.*

### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Centrální zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Centrálním zadavatelem stanovená doba pro předložení vzorků je plně dostačující. V této souvislosti centrální zadavatel dále poukazuje na prodloužení lhůty pro podání nabídek (blíže viz odpověď na dotaz č. 5 níže).

### **Dotaz č. 3:**

Centrální zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

#### *Pečovatelské lůžko typ II*

*Zadavatel ve specifikaci požaduje elektrický zdvih ložné plochy od max. 25 cm do min. 75 cm. Požadavek takového zdvihu není v pečovatelské sféře obvyklý. Výška v dolní poloze je v pečovatelské sféře opodstatněná. Horní výška pohybující se kolem 75 – 80 cm však může být nebezpečná. Klienti nejsou v pečovatelské sféře tolik pod dohledem personálu, jako v nemocniční sféře a může tak dojít k nepolohování klientem, nebo např. i jeho návštěvou do výšky ložné plochy 75 – 80 cm + výška matrace a ponechání spuštěných zábran. Takto může snadno dojít k pádu klienta a z takovéto výšky může mít pád velmi závažné důsledky.*

*Uchazeč vyzívá zadavatele o přehodnocení svého požadavku a snížení horní výšky ložné plochy na zdvih, nebo umožnění nabídky lůžek se zdvihem od 25 do 65 cm.*

### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Centrální zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Centrální zadavatel stanovil požadavek na rozsah zdvihu ložné plochy pečovatelského lůžka, typ II na základě potřeb a požadavků jednotlivých pověřujících zadavatelů, které jsou dány způsobem poskytování péče těmito jednotlivými pověřujícími zadavateli.

Požadavek na rozsah zdvihu ložné plochy byl v zadávacích podmínkách stanoven zcela jednoznačně a centrální zadavatel neumožňuje dodání pečovatelských lůžek, typ II, které by neodpovídaly tomuto požadavku.

#### **Dotaz č. 4:**

Centrální zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Pečovatelské lůžko typ II*

*Zadavatel ve specifikaci požaduje mimo jiné postranice se čtyřmi výškovými pozicemi a výškou horní hrany nad ložnou plochou min. 40 cm. Požadavek na takto konkrétní řešení postranic je dle uchazeče limitujícím prvkem, znemožňujícím nabídku postranic odpovídajícím účelu, ovšem s odlišným technickým řešením. Výška postranic musí splňovat normu, tedy min. 22 cm nad nestlačenou matrací. Nejčastěji užívanou výškou matrace je 14 cm, kdy zadavatel požaduje matraci min. 14 cm.*

*Umožní zadavatel nabídku dělených postranic bez sloupku se třemi výškovými pozicemi a výškou horní hrany 37 cm nad ložnou plochou?*

#### **Odpověď na dotaz č. 4:**

Centrální zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Centrální zadavatel stanovil požadavek na výšku horní hrany postranic na základě potřeb a požadavků jednotlivých zadavatelů při zohlednění možné potřeby použití aktivních antidekubitních matrací na předmětném pečovatelském lůžku.

Požadavek na výšku horní hrany postranic byl v zadávacích podmínkách stanoven zcela jednoznačně a centrální zadavatel neumožňuje dodání pečovatelských lůžek, typ II, které by neodpovídaly tomuto požadavku.

#### **Dotaz č. 5:**

Centrální zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Pečovatelské lůžko typ II*

*Zadavatel ve specifikaci požaduje kolečka o průměru min. 75 mm s centrálním zámkem, elektricky uzamykatelná. Požadavek na elektricky uzamykatelná kolečka je specifickým prvkem konkrétního výrobce lůžek. Tento požadavek je diskriminujícím prvkem pro možné uchazeče.*

*Umožní zadavatel na základě zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace nabídku lůžek s kolečky pr. 75 mm s centrálním ovládním bez elektrického uzamykání? Případně vložení příslovce nejlépe s elektrickým uzamykáním.*

#### **Odpověď na dotaz č. 5:**

Centrální zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

#### **A) ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**

Centrální zadavatel rozhodl o úpravě původního údaje (požadavku na elektricky uzamykatelná pojezdová kolečka), jenž byl uveden v zadávacích podmínkách, a to ve specifikaci požadovaných

pečovatelských lůžek, typ II uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace – v návrhu kupní smlouvy na dodávku pečovatelských lůžek, matrací, nočních stolků a jídelních stolků (dále jen „**návrh smlouvy**“).

Původní specifikace:

V příloze č. 1 návrhu smlouvy byly v rámci specifikace pečovatelského lůžka typ II uvedeny požadované vlastnosti podvozku takto:

- *podvozek*
  - 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 75 mm
  - pojezdová kolečka s centrálním zámkem, elektricky uzamykatelná
  - pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici

Nová specifikace:

Centrální zadavatel v příloze č. 1 návrhu smlouvy upravuje specifikaci **pečovatelského lůžka, typ II** u požadovaných vlastností podvozku takto:

- *podvozek*
  - 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 75 mm
  - **pojezdová kolečka s centrálním zámkem**
  - pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici

## **B) PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Centrální zadavatel zároveň z důvodu úpravy specifikace předmětu plnění veřejné zakázky prodloužil lhůtu pro podávání nabídek.

**Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje: do 04.08.2014, do 10:30 hodin.**

## **C) ZMĚNA TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

V důsledku prodloužení lhůty pro podání nabídek centrální zadavatel uvádí, že **otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 04.08.2014 v 11:00 hod.** v sídle centrálního zadavatele.

### **Dotaz č. 6:**

Centrální zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Pečovatelské lůžko typ II*

*Zadavatel požaduje ve specifikaci požadavek na přeprogramované polohy Kardiacké křeslo a semi-Fowlerova poloha v leže. Poloha kardiackého křesla vyžaduje možnost polohování lůžka do Antitrendelenburgovy polohy, tedy zpravidla i Trendelenburgovy polohy. Polohování klienta do těchto poloh je velmi specifické a vyžaduje odbornost z lékařského hlediska. Svě opodstatnění má zpravidla v nemocniční sféře, kde je předpoklad vyššího dohledu ošetřujícího personálu. To, že může dojít k neodbornému, nebo dokonce k vlastnímu nepolohování klienta do např. Trendelenburgovy polohy může mít vážné důsledky. Tyto funkce bývají zpravidla u nemocničních lůžek pouze na tzv. sesterském panelu –*

*ovladači, který ovládá personál. Ruční patientské ovladače pak tyto funkce nemají. Obdobné je to i s neodborným polohováním do semi-Fowlerovy polohy.*

*Umožní zadavatel nabídku lůžek s možností elektrického polohování zádového, stehenního dílu, zdvihu, souběžného polohování zádového a stehenního dílu /autokontura/ bez polohy kardiackého křesla a semi-Fowlerovy polohy?*

**Odpověď na dotaz č. 6:**

Centrální zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Centrální zadavatel stanovil požadavek na předprogramované polohy pečovatelského lůžka, typ II na základě potřeb a požadavků jednotlivých pověřujících zadavatelů, které jsou dány způsobem poskytování péče těmito jednotlivými pověřujícími zadavateli.

Požadavek na předprogramované polohy pečovatelského lůžka, typ II byl v zadávacích podmínkách stanoven zcela jednoznačně a centrální zadavatel neumožňuje dodání pečovatelských lůžek, typ II, které by neodpovídaly tomuto požadavku.

V Brně dne 14.07.2014

---

**CEJIZA, s.r.o.**  
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o.  
Mgr. Jan Tejkal, advokát a jednatel